СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОРТОПЕДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД

№	Наименовяание на медицинските изделия	Спесификация на медицинските изделия	Производител	Брой количество в комплект	Единица мярка	Цена на единица мярка с ДДС
1	2	3	4	5	6	7
Самостоятелно обособена позиция /СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури						
1	Комплект канюлиран, интрамедурален, заключващ пирон за про-ксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение е за-ключване на пирона – проксимално чрез 4 броя заключващи винта ø 3.9 мм. и дистално чрез 3 броя винта с ø 3.9 мм	Канюлиран хумерален пирон с комбинирано антиградно и ретроградно приложение с възможност за заключване проксимално и дистално в две развнини под 90 и 180 градуса. Дебелина на дисталната част на пирона 7мм.;8мм. и 9 мм.и дължина от 180 до 310 мм. Комплектът да е изработен от титан,отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
2	Комплект солиден, интрамедурален, заключващ пирон за проксимална, хумерална фактура и заключване на пирона – проксимално чрез 3 броя заключващи винта с диаметър 3.4 мм. и дистално чрез 2 броя винта с диаметър 3.4 мм.	Солиден хумерален пирон с дебелина на дисталната част от 6.5 мм. и 7.5 мм. Дължина от 220 до 280 мм. Комплектът да е изработен от титан.			Комплект	
3	Еластичен, интрамедурален,солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус.	Дебелина от 2.5 мм.; 3.0 мм.; 3.5 мм.; 4.0 мм и 4.5 мм. Дължина 440 мм. Да е изработен от титан,отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
4	Комплект конюлиран, интрамедурален, заключващ, рекунструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване над бедрената вийка, с един централен винт, който се застопорява чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с един винт с диаметър 4.9 мм.	Канюлиран,интрамедурален пирон – къс; 125 градусас дебелина в проксимален край ø 15.5 мм. и в дисталната част ø 10.0 мм. с дължина 180 мм. Заключващ болт с дебелина 10.5 мм. и дължина от 75 мм до 145 мм. Дистален винт с дебелина 4.9 мм и дължина от 20мм. до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
5	Комплект канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт,	Канюлиран,интрамедурален пирон – дълъг; 130 градуса с дебелина в проксималния край ø 15.5 мм. и в дисталната част ø 10.0 мм. с дължина 240 мм.; Заключващ винт с дебелина			Комплект	

	който се застопорява чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с два броя винтове.	ø 10.5 мм и дължина от 75 мм. до 145 мм; Дистален винт с дебелина 4.9 мм. и дължина от 20 мм. до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан,отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.				
6	Комплект канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: Централен /компресивен/ и антиротационен с различен диаметър. Дистално заключване на пирона да става с два броя винтове.	Канюлиран,интрамедурален пирон – дълъг; 135 градуса с дебелина в проксималния край ø 15.5 мм. и в дисталната част ø 10.0 мм. с дължина 240 мм.; Заключващи проксимално винтове с дебелина на централния /компресивен/ винт ø 8.0 мм. и дължина от 75 мм. до 145 мм; дебелина на антиротационния винт ø 6.3 мм. и дължина от 75 мм. до 145 мм. Дистален винт с дебелина 4.9 мм. и дължина от 20 мм. до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан.			Комплект	
7	Комплект канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с два броя винтове	Канюлиран,интрамедурален пирон – дълъг; 130 градуса с дебелина в проксималния край ø 15.5 мм. и в дисталната част ø 10.0 мм. с дължина от 300 мм. до 420 мм. Заключващ винт с дебелина ø 10.5 мм и дължина от 75 мм. до 145 мм; Дистален винт с дебелина 4.9 мм. и дължина от 20 мм. до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
8	Комплект канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: Централен /компресивен/ и антиротационен с различен диаметър. Дистално заключване на пирона да става с два броя винтове.	Канюлиран,интрамедурален пирон с медиална извивка от 4 градуса – дълъг; 130 градуса с дебелина в проксималния край ø 15.5 мм. и в дисталната част ø 10.0 мм. с дължина от 300 мм. до 420 мм. Заключващи проксимално винтове с дебелина на централния /компресивен/ винт Ф 8.0 мм. и дължина от 75 мм. до 145 мм; дебелина на антиротационния винт ø 6.3 мм. и дължина от 75 мм. до 145 мм. Дистален винт с дебелина 4.9 мм. и дължина от 20 мм. до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан.			Комплект	
9	Комплект солиден, канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се	Солиден , интрамедурален пирон с дебелина на проксималния край ø 13.0 мм; Дистална дебелина на пирона ø 8.0мм. и ø 9.0 мм. Дължина от 300 мм. до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан,отговарящ на ISO 5832-2			Комплект	

	проксималоно чрез 4 броя заключващи винтове с ø 5.0 мм. и дистално чрез 2 броя винтове с ø 4.5 мм.	и 10993-1 за биосъвместимост				
10	Комплект солиден, канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксималоно чрез 4 броя заключващи винтове с ø 5.0 мм. и дистално чрез 2 броя винтове с ø 5.0 мм.	Солиден , интрамедурален пирон с дебелина на проксималния край ø 13.0 мм; Дистална дебелина на пирона ø 10.0 мм. и ø 11.0 мм. Дължина от 300 мм. до 440 мм. Комплектът да е изработен от титан,отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост			Комплект	
11	Комплект солиден, канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45, 90 и 180 градуса чрез 4 броя заключващи винта ø 4.5 мм. и дистално чрез 2 броя винтове ø 5.0 мм.	Солиден , интрамедурален пирон с дебелина на проксималния край ø 13.0 мм; Дистална дебелина на пирона от ø 8.0 мм.; 9.0 мм. и 10.0 мм. Дължина от 255 мм. до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан,отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
12	Комплект солиден, канюлиран, интрамедурален, заключващ реконструктивен пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45, 90 и 180 градуса чрез 4 броя заключващи винта ø 4.5 мм. и дистално □□□□

		биосъвместимост.				
16	Заключваща плака за проксимална, хумерална фрактура, анатомично контурирана тип „Филос” /комплект със заключващи винтове ø 3.5 мм./	С 3,5 и 8 комбинирани отвора в дисталната част. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
17	Заключваща плака за проксимална, хумерална фрактура, анатомично контурирана /комплект със заключващи винтове ø 2.7 мм.и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	С 3 дистални отвора; Дължина от 90 мм. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
18	Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус,улна и радиус-права,нисък контакт / комплект с ø 3.5 мм. заключващи винтове/	От 6 до 12 комбинирани отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
19	Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус,улна и радиус-права,нисък контакт / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	От 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
20	Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус,улна и радиус-права, реконструктивна /комплект с ø 3.5 мм. заключващи винтове/	От 6 до 16 комбинирани отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
21	Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус,улна и радиус-права, реконструктивна /комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове/	От 5 до 22 отвора. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
22	Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус,улна и радиус-права,конструктивна / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	От 5 до 22 отвора. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
23	Заключваща плака за дистална фрактура на радиус – анатомично контурирана /комплект с ø 3.5 мм. заключващи винтове/	Дорсален аспект; 3/4 отвора;ляда и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
24	Заключваща плака за дистална фрактура на радиус – анатомично контурирана / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	Дорсален аспект; 3/5 отвора; дължина 63 мм.; ляда и дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
25	Заключваща плака за дистална фрактура на радиус – анатомично контурирана /комплект с ø 3.5 мм. заключващи винтове/	Воларен аспект; 3/4 отвора;ляда и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
26	Заключваща плака за дистална фрактура на радиус – анатомично контурирана /	Воларен аспект; 3/5 отвора; дължина 63 мм.; ляда и дясна. Комплектът да е изработен от			Комплект	

	комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.				
27	Заключваща плака за дистална фрактура на радиус за артикуларна реконструкция – анатомично контурирана / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	Воларен аспект; 6/5 отвора; дължина 80 мм.; ляда и дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
28	Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус – анатомично контурирана / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	От 6 до 14 отвора. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
29	Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус – анатомично контурирана / комплект с ø 3.5 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	Медиален аспект; от 3 до 14 отвора; дължина 201 мм.; ляда и дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
30	Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус – анатомично контурирана / комплект с ø 3.5 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	Дорсолатерален аспект; от 3 до 14 отвора; ляда и дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
31	Заключваща плака за субтрохантерна фрактура на фемур – тип „ DHS” /комплект с компресивен винт, динамичен болт и заключващи винтове с ø 5.0 мм./	135^{o}; от 3 до 6 отвора, нисък контакт. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
32	Заключваща плака за медиална фрактура на фемур – тип „ Права-Широка-Нисък контакт” /комплект със заключващи винтове с ø 5.0 мм./	От 8 до 16 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
33	Заключваща плака за дистална фрактура на фемур – тип „ Лист” анатомично контурирана /комплект със заключващи винтове с ø 5.0 мм./	От 7 до 13 отвора, лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
34	Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия, анатомично контурирана /комплект със заключващи винтове с ø 5.0 мм./	От 5 до 9 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
35	Заключваща плака за проксимална-латерална фрактура на тибия, анатомично контурирана /комплект със заключващи винтове с ø 5.0 мм./	От 5 до 9 отвора, лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	

36	Заключваща плака за медиална фрактура на тибия – тип „ Права-Широка-Нисък контакт” /комплект със заключващи винтове с ø 5.0 мм./	От 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
37	Заключваща плака за дистална фрактура на тибия, анатомично контурирана /комплект със заключващи винтове с ø 3.5 мм./	От 6 до 12 отвора, лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
38	Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на тибия – анатомично контурирана / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	От 4 до 14 отвора, лява,дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
39	Заключваща плака за дистална фрактура на тибия – анатомично контурирана / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	Антеролатерален аспект; От 5 до 21 отвора, лява, дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
40	Заключваща плака за фибурална фрактура / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове/	От 2 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
41	Заключваща плака за дистална-фибурална фрактура – анатомично контурирана / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове/	От 3 до 11 отвора. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
42	Заключваща плака за фрактура на пета / комплект с ø 3.5 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 4.0 мм./	От 15 отвора, лява, дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
43	Заключваща плака за фрактура на пета / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове и кортикални винтове с ø 3.5 мм./	3 отвора в основата и 6 отвора по дължината на плаката; лява,дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
44	Заключваща плака за фрактура на олекранон и улна – анатомично контурирана / комплект с ø 2.7 мм. заключващи винтове/	От 2 до 12 отвора;лява,дясна. Комплектът да е изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
45	Плака за трохантерна фрактура – тип „DHS” / комплект с компресивен болт, динамичен болт и кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм./	135^{o}; от 3 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
46	Плака за трохантерна фрактура – тип „DHS”, нисък контакт / комплект с компресивен болт, динамичен болт и кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм./	135^{o}; от 3 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
47	Плака за трохантерна фрактура – тип „Г плака” / комплект с кортикални	130^{o}; 95^{o} от 4 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана,			Комплект	

	самонарезни винтове с ø 4.5 мм./	отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.				
48	Плака за кондиларна фрактура – тип „Кондиларна” / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм. спонгиозни винтове с ø 6.5 мм /	От 7 до 11 отвора, лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана.			Комплект	
49	Плака за кондиларна фрактура – тип „DHS” / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм./	95^{o} от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
50	Плака за кондиларна фрактура – тип „DHS” нисък контакт / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм./	95^{o} от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
51	Плака за проксимална-тиабилна фрактура – тип „Г-опорна” / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм. спонгиозни винтове с ø 6.5 мм /	от 4 до 8 отвора; лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
52	Плака за проксимална-тиабилна фрактура – тип „Г-опорна” / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм. спонгиозни винтове с ø 6.5 мм /	от 4 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
53	Плака за медиална-тиабилна фрактура – тип „Права-Широка-Нисък контакт” /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм./	от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
54	Плака за проксимална-тиабилна фрактура – анатомично контурирана / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм. спонгиозни винтове с ø 6.5 мм /	от 4 до 8 отвора; лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
55	Плака за дистална-тиабилна фрактура – анатомично контурирана / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм. спонгиозни винтове с ø 6.5 мм /	от 4 до 8 отвора; лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
56	Плака за латерална-тиабилна фрактура – анатомично контурирана / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм. и спонгиозни винтове с ø 6.5 мм /	от 4 до 8 отвора; лява,дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
57	Плака за латерална-тиабилна фрактура – тип „Детелина” / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм./	от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
58	Плака за медиална-фемурална фрактура – тип „Права-Широка-Нисък контакт”	от 8 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO			Комплект	

	/комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 4.5 мм./	5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.				
59	Плака за глезенна фрактура – тип „1/3семитубуларна" / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм. и малеорални винтове с ø 4.5 мм /	от 4 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
60	Реконструктивна плака тип „Y", използвана при дистална фрактура на хумерус / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм/	Ширина 10.0 мм.; Дебелина 2.0 мм. от 3 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
61	Реконструктивна плака, използвана при фрактура на хумерус, ална и радиус / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм/	Ширина 10.0 мм.; от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
62	Реконструктивна плака, използвана при фрактура на клавикулата – анатомично контурирана / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм/	Ширина 10.0 мм.; Дебелина 2.5 мм.; лява,дясна; от 4 до 8 отвора с дистанция между тях от 11.5 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
63	Динамично-компресивна плака / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм/	от 6 до 12 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
64	Динамично-компресивна плака, използвана при хумерални и радиални фрактури на деца /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.7 мм. и ø 3.5 мм/	Ширина 10.0 мм.; Дебелина 2.0 мм. от 4 до 8 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
65	Калканелна плака / комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм/	Дължина 73 мм.; Дебелина 1.5 мм. 10 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
66	Клавикулна плака /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 3.5 мм/	Дължина 87 мм.; Дебелина 3.5 мм. 4 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
67	Права мини плака за фрактури на фалангите /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 1.5 мм/	Дължина 100 мм.; Дебелина 1.5 мм. 20 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
68	Т-мини плака за фрактури на фалангите /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 1.5 мм/	Дължина 50 мм.; Дебелина 1.5 мм. 3/9 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	

69	Н-мини плака за фрактури на фалангите /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 1.5 мм/	Дължина 9 мм.; Дебелина 1.5 мм. 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
70	Кондиларна - мини плака за метакарпални фрактури на фалангите /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 1.5 мм/	Дължина 26 мм.; Дебелина 1.5 мм. 6 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
71	Реконструктивна - мини плака /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.0 мм/	Дължина 100 мм.; Дебелина 2.0 мм. 20 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
72	Динамично-компресивна мини плака /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.0 мм/	Дължина 22мм.; Дебелина 2.0 мм. 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
73	Динамично-компресивна мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.0 мм/	Дължина 119 мм.; Дебелина 2.0 мм. 20 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
74	Т-мини плака за метакарпални фрактури /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.0 мм/	Дължина 18 мм.; Дебелина 2.0 мм. 2/2 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
75	Г-мини плака за метакарпални фрактури /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.0 мм/	Дължина 18 мм.; Дебелина 2.0 мм. 2/2 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
76	Динамично-компресивна мини плака за метакарпални и метататарсални фрактури /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.7 мм/	Дължина 36 мм.; Дебелина 2.0 мм. 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
77	Динамично-компресивна мини плака за метакарпални и метататарсални фрактури – нисък контакт /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.7 мм/	Дължина 36 мм.; Дебелина 2.0 мм. 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
78	1/4 семитубуларна мини плака за метакарпални и метататарсални фрактури /комплект с кортикални самонарезни винтове с ø 2.7 мм/	Дължина 31 мм.; Дебелина 2.0 мм. 4 отвора. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
79	Киршнерова игла	ø 1.5 мм. и ø 2.0 мм. с двоен връх с дължина 300 мм.			Комплект	

80	Компресивен винт с ø 3.0 мм. за проксимални и дистални метататарсни остеостоми	Канюлиран,двойно-резбован винт, в предната част съответно с 3.0 мм. самонарезна резба и 4.0 мм. резба в задната част на винта, без глава с дължина от 12.0 мм. до 40 мм. Изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
81	Компресивен винт с ø 2.0 мм. за уникортикална вътрешна фиксация – Вейл остеотомия	Солиден отчупващ се винт с дължина от 10.0 мм. до 30.0 мм. Изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
82	Кортикален винт с ø 1.5 мм.	Самонарезен.Дължина от 10.0 мм. до 20.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
83	Кортикален винт с ø 2.0 мм.	Самонарезен.Дължина от 10.0 мм. до 30.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
84	Кортикален винт с ø 2.7 мм.	Самонарезен.Дължина от 12.0 мм. до 40.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
85	Кортикален винт с ø 3.5 мм.	Самонарезен.Дължина от 12.0 мм. до 60.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
86	Кортикален винт с ø 4.5 мм.	Самонарезен.Дължина от 12.0 мм. до 70.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
87	Спонгиозен винт с ø 4.0 мм.	½ резба. Дължина от 12.0 мм. до 60.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
88	Спонгиозен винт с ø 4.0 мм.	Цяла резба. Дължина от 12.0 мм. до 60.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
89	Спонгиозен винт с ø 6.5 мм.	16.0 мм. резба. Дължина от 60.0 мм. до 110.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост			Комплект	

90	Спонгиозен винт с ø 6.5 мм.	32.0 мм. резба. Дължина от 30.0 мм. до 80.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост			Комплект	
91	Спонгиозен винт с ø 6.5 мм.	Цяла резба. Дължина от 30.0 мм. до 110.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост			Комплект	
92	Малеоларен винт с ø 4.5 мм.	½ резба. Дължина от 30.0 мм. до 60.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
93	Конюлиран спонгиозен винт с ø 4.0 мм.	½ резба. Дължина от 30.0 мм. до 60.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
94	Конюлиран компресионен винт с ø 4.1 мм.	Конюлиран самонарезен винт без глава с цяла резба с дължина от 16.0 мм. до 30.0 мм. Изработен от титан, отговарящ на ISO 5832-2 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	
95	Конюлиран спонгиозен винт с ø 6.5 мм.	16.0 мм. резба. Дължина от 60.0 мм. до 110.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост			Комплект	
96	Конюлиран спонгиозен винт с ø 6.5 мм.	32.0 мм. резба. Дължина от 30.0 мм. до 80.0 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост			Комплект	
97	Комплект „Остосинтеза на Вебер”	Комплект серклажна тел – 1 метър с дебелина ø 0.8 мм. + 3 броя киршнерова игла с дебелина ø 2.0 мм. и дължина 300 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и 10993-1 за биосъвместимост.			Комплект	